

**MİKSER TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Cihaz kan sayımı analizi yapılması için hastadan alınan venöz kan numunesi toplama tüplerinin, analiz öncesi numune ile tüp içindeki edta maddesinin karışmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
2. Cihazın malzemesi paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
3. Cihaz 220V 50-60 Hz. aralığında çalışmalıdır.
4. Cihaz 30-33 rpm de çalışmalıdır.
5. Cihazda kullanılan motor gücü 4 W olmalıdır.
6. Cihazın garanti süresi 2 yıl olmalıdır.
7. Cihaz CE ile uyumlu olmalıdır.

Silivri kapı Mahallesi Ramazan Efendi Camii Aralığı Sokak No: 3/1

Kocamustafapaşa / Fatih İstanbul / Türkiye

**Telefon** : +90 (212) 586 76 66

**Mobil** : +90 (552) 219 81 78

**Faks** : +90 (212) 586 76 65

**e-posta** : info@cencemedikal.com.tr